

**Απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Ελέγχου όταν
διενεργούν εσωτερικές διακριβώσεις**

1. Οι Φορείς Ελέγχου που εκτελούν εσωτερικές διακριβώσεις του μετρητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν, πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για την εκτέλεση των διακριβώσεων αυτών:
 - α) να διαθέτουν και εφαρμόζουν τυποποιημένες διαδικασίες για τη διακρίβωση ή/και τον έλεγχο του εξοπλισμού,
 - β) να διαθέτουν διαδικασία υπολογισμού της αβεβαιότητας συνεκτιμώντας όλες τις επιμέρους συνιστώσες,
 - γ) να διαθέτουν προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διενέργεια των εσωτερικών διακριβώσεων.
2. Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί στο Ε.ΣΥ.Δ. μέσω του εντύπου της αίτησης διαπίστευσης ή σχετικής επιστολής τη διενέργεια εσωτερικών διακριβώσεων του εξοπλισμού του σε συγκεκριμένα μεγέθη.
3. Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να θέτει στη διάθεση του Ε.ΣΥ.Δ. τις διαδικασίες εσωτερικής διακρίβωσης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας.
4. Η αξιολόγηση της επάρκειας ενός Φορέα Ελέγχου για τη διενέργεια εσωτερικών διακριβώσεων πρέπει να πραγματοποιείται οπωσδήποτε στο πλαίσιο της αρχικής αξιολόγησής του για χορήγηση διαπίστευσης.
5. Κατά την αρχική αξιολόγηση ενός Φορέα Ελέγχου, στην Ομάδα Αξιολόγησης θα συμμετέχει και Αξιολογητής εργαστηρίων διακρίβωσης του Ε.ΣΥ.Δ.
6. Στην περίπτωση που ο Φορέας Ελέγχου δεν έχει εγκαίρως δηλώσει στο Ε.ΣΥ.Δ. τη διενέργεια εσωτερικών διακριβώσεων, με αποτέλεσμα η ορισμένη Ομάδα Αξιολόγησης να μην διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, τότε πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από τον Επικεφαλής Αξιολογητή και να πραγματοποιείται συμπληρωματική αξιολόγηση από κατάλληλο Αξιολογητή.
7. Τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες διακρίβωσης πρέπει να κοινοποιούνται στο Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο, κατά την κρίση της αρμόδιας Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής, μπορεί να αξιολογεί αυτές επιτόπου, στο πλαίσιο της επόμενης επιτήρησης του Φορέα.
8. Η αξιολόγηση της διενέργειας εσωτερικών διακριβώσεων, στο πλαίσιο των επιτηρήσεων και της επαναξιολόγησης, θα πραγματοποιείται από τους Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ. για το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο των εσωτερικών διακριβώσεων ή από Αξιολογητή εργαστηρίων διακρίβωσης του Ε.ΣΥ.Δ.
9. Αναφορικά με τους ήδη διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχου, οι οποίοι διενεργούν εσωτερικές διακριβώσεις, πρέπει, στο πλαίσιο της επόμενης επιτήρησής τους, να πραγματοποιηθεί από Αξιολογητή εργαστηρίων διακρίβωσης επιτόπου αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειάς τους να διενεργούν εσωτερικές διακριβώσεις.

18.7.2007